

ООО «Лабораторные Технологии»

**ПРОБООТБОРНИК  
ДЛЯ  
АММИАКА**

Руководство по эксплуатации

ООО «Лабораторные Технологии»

**ПРОБООТБОРНИК  
ДЛЯ  
АММИАКА**

Руководство по эксплуатации

**Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.**

### **1. Описание прибора:**

Пробоотборники для отбора проб сжиженного безводного аммиака, который используется в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Данные пробоотборники изготовлены в соответствии с ГОСТ 6221-90

### **2. Технические параметры прибора:**

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, МПа	2,5
Пробное гидравл. давление, МПа	3,1
Вместимость, дм <sup>3</sup>	1,0
Рабочая температура, °С	20,0
Масса, кг	2,4
Габариты, мм	460x76x146

*Присоединение:*

Резьба трубная цилиндрическая внутренняя  
G1/2" ГОСТ 6357-81

**Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.**

### **1. Описание прибора:**

Пробоотборники для отбора проб сжиженного безводного аммиака, который используется в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Данные пробоотборники изготовлены в соответствии с ГОСТ 6221-90

### **2. Технические параметры прибора:**

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, МПа	2,5
Пробное гидравл. давление, МПа	3,1
Вместимость, дм <sup>3</sup>	1,0
Рабочая температура, °С	20,0
Масса, кг	2,4
Габариты, мм	460x76x146

*Присоединение:*

Резьба трубная цилиндрическая внутренняя  
G1/2" ГОСТ 6357-81

*Материал основных деталей*

Корпус	12X18H10T ГОСТ 5632-72
Игольчатый шток	Сталь AISI 304
Уплотнение	Фторопласт Ф-4

### **3. Комплектация**

Пробоотборник, шт	1
Паспорт, шт	1

### **4. Свидетельство о приемке**

Пробоотборник для аммиака соответствует требованиям ГОСТ 6221-90 и руководству по эксплуатации и признан годным к эксплуатации.

**Дата изготовления**

**Штамп ОТК**

**Производитель:**

ООО «Лабораторные Технологии»  
г. Дзержинск, Нижегородская область,  
улица Ленинградская, дом 12А  
Тел./факс: (8313) 36-76-13

*Материал основных деталей*

Корпус	12X18H10T ГОСТ 5632-72
Игольчатый шток	Сталь AISI 304
Уплотнение	Фторопласт Ф-4

### **3. Комплектация**

Пробоотборник, шт	1
Паспорт, шт	1

### **4. Свидетельство о приемке**

Пробоотборник для аммиака соответствует требованиям ГОСТ 6221-90 и руководству по эксплуатации и признан годным к эксплуатации.

**Дата изготовления**

**Штамп ОТК**

**Производитель:**

ООО «Лабораторные Технологии»  
г. Дзержинск, Нижегородская область,  
улица Ленинградская, дом 12А  
Тел./факс: (8313) 36-76-13