

8. Сведения о приемке

Пробоотборник ПЭ-1650 соответствует требованиям ГОСТ 2517-85, ТУ 4318-009-62222403-2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

9. Сведения о рекламациях

При появлении неисправностей, влияющих на работу пробоотборника в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу изготовителя:

ООО «Лабораторные Технологии»

**Пробоотборник
для нефти и масел**

ПЭ-1650

Руководство по эксплуатации

Изготовитель:

ООО «Лабораторные Технологии»

606002, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, дом 12А

Тел.: (8313) 36-76-13

(495) 668-13-89

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.

1. Общие указания

- 1.1. Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, предназначен для изучения пробоотборников ПЭ-1650 для нефти и нефтепродуктов и руководства их эксплуатации.
- 1.2. Перед эксплуатацией пробоотборников необходимо ознакомиться с содержанием раздела «Устройство и порядок работы с пробоотборником».
- 1.3. При эксплуатации, транспортировке и хранении необходимо предохранять пробоотборник от значительных механических нагрузок и ударов.
- 1.4. Пробоотборник ПЭ-1650 разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

2. Назначение

Переносной пробоотборник ПЭ-1650 предназначен для отбора проб нефти и масел из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров. Производит отбор пробы с любого уровня резервуара.

3. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Объем отбираемой пробы, л	1
2	Глубина отбора пробы, м	0-5 (10)
3	Материал каркаса	12X18H10T ГОСТ 5632-72
4	Материал бутылки	Тарное стекло
5	Габаритные размеры, мм	315x110x110
6	Диаметр входного отверстия, мм	20
7	Масса, кг	1,1

4. Комплект поставки

№	Наименование продукции	Количество, шт
1	Пробоотборник переносной с бутылкой	1
2	Трос металлический стальной, м	10
3	Паспорт	1
4	Упаковка	1

5. Устройство и порядок работы с пробоотборником

- 5.1. Пробоотборник в соответствии с пунктом 3.5.4.1 ГОСТ 2517-85 относят к сосудам под давлением с накоплением пробы вытеснением оставшегося в них воздуха. Применяется для отбора проб нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не более 40 кПа (300 мм рт.ст.). Пробоотборник с пробой должен герметично закрываться пробкой. Пробоотборник ПЭ-1650 представляет собой каркас из нержавеющей стали, стойкой к коррозионному воздействию веществ. Бутылка стеклянная, помещается внутрь каркаса. Бутылка закрывается пробкой со штоком для крепления металлического троса. Для предотвращения потери бутылки на каркасе имеется фиксатор бутылки и упоры, приваренные к доньшку каркаса. Для предотвращения потери пробоотборника к верхней части каркаса приварено кольцо с продетым сквозь него штоком, для фиксации пробки при открывании.
 - 5.2 Отбор пробы пробоотборником осуществляется следующим образом:
 - 5.2.1 Для отбора пробы с заданного уровня. Замерить уровень нефтепродукта в резервуаре (цистерне). Сделать расчет уровней проб. (Например: верх-середина-низ 1:3:1 для вертикального резервуара и 1:6:1 для горизонтального резервуара, со дна железнодорожной или автомобильной цистерны от нижней внутренней образующей).
 - 5.2.2. Отмерить на тросе пробоотборника полученные значения. Закрепить фторопластовой пробкой отверстие в крышке пробоотборника.
 - 5.2.3. Опустить пробоотборник до заданной отметки.
 - 5.2.4. Держась за трос, резко встряхнуть пробоотборник и оставить на данной отметке на 10-15 секунд. После заполнения извлечь пробоотборник из резервуара (цистерны), слить нефтепродукт в емкость для приготовления единой пробы.
- При выполнении работ по отбору проб следует соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при обращении с нефтью и нефтепродуктами в соответствии с пунктом 3 ГОСТ 2517-85. Перед отбором проб тросик должен заземляться с элементами резервуара или транспортного средства в соответствии с пунктом 5.10 ГОСТ 2517-85.

6. Правила хранения.

- 6.1. Пробоотборник должен храниться в чистом виде в закрытом помещении при температуре воздуха от -50°C до +50°C.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборника — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 7.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборника продлевается на время, в течение которого он не использовался в результате обнаруженных недостатков.

